入　札　公　告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２３年 ６月２８日

独立行政法人水産総合研究センター
増養殖研究所長　飯田　貴次

１．調　達　内　容

（１）調達物品及び数量　　サーマルサイクラー 外３点

（２）調達物品の仕様　　入札説明書による

（３）納　入　期　限　　平成２３年　８月３１日

（４）納　入　場　所　　入札説明書による

（５）入　札　方　法　　落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２．競争参加資格

（１）独立行政法人水産総合研究センター契約事務取扱規程（平成１３年４月１日付け１３水研第６５号）第１２条第１項及び第１３条の規定に該当しない者であること。

（２）平成22年度，平成23年度，平成24年度独立行政法人水産総合研究センター競争参加資格又は全省庁統一資格の「物品の販売契約」の業種「精密機器類」で「A」，「B」，「C」又は「D」いずれかの等級に格付けされている者であること。

（３）独立行政法人水産総合研究センター理事長から物品の製造契約，物品の販売契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
　ただし，全省庁統一資格に格付けされている者である場合は，国の機関の同様の指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

３．入札の日時及び場所等

（１）入札説明書の交付方法　　三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２－１
独立行政法人水産総合研究センター
増養殖研究所南勢庁舎業務管理課用度係にて交付するほか，郵送等による配布希望者は，封書に「サーマルサイクラー 外３点 入札説明書希望」と記入し，返信用封筒（角２判）に２００円切手を貼付のうえ，上記交付場所あてに郵送すること。
　電　話　０５９９－６６－１８８７
　ＦＡＸ　０５９９－６６－１９６２

（２）入札説明会の日時及び場所　　入札説明書受領時に，メール又はファックス番号を登録し，質疑がある場合には７月１２日までに質疑を行い，回答は登録者全員に対して行うメール又はファックスによる入札説明会を開催する。
なお，当該日以降に質疑が発生した場合も随時受け付け，登録者全員に回答する。

（３）入札の日時及び場所　　平成２３年 ７月１３日　１４時００分
〒５１６－０１９３
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２－１
独立行政法人水産総合研究センター
増養殖研究所南勢庁舎　大会議室

４．そ　の　他

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨　　日本語及び日本国通貨。

（２）入札保証金及び契約保証金　　免　除。

（３）入　札　の　無　効　　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。

（４）契約書作成の要否　　要。

（５）落札者の決定方法　　予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

（６）競争参加者は，入札の際に独立行政法人水産総合研究センターの資格審査結果通知書写し又は全省庁統一資格の資格審査結果通知書写しを提出すること。

（７）詳細は入札説明書による。

購入仕様書

（1）品　　名　　サーマルサイクラー　外３点

（2）構成・数量

１．サーマルサイクラー	３台
２．超純水製造装置	１台
３．顕微鏡デジタルカメラ	１台
４．水中カメラシステム	１式

（3）仕　　様

１．サーマルサイクラー

1-1　96 ウェルブロックを搭載し、0.2ml チューブが使用できること。

1-2　温度精度は、50℃～100℃の間で±0.25℃以内であること。

1-3　温度最大移行速度が、最大≦4℃/秒以上であること。

1-4　ブロックが 6 分割以上に分かれており、5℃以内でそれぞれ温度設定が可能なこと。

1-5　USB メモリスティックに保存する機能を搭載していること。

２．超純水製造装置

2-1　卓上水道水直結型であること。

2-2　UV ランプを経由した内部水定期循環機能が搭載されていること。

2-3　採水量は 0.5L/min 以上であること。

３．顕微鏡デジタルカメラ

3-1　カメラ方式は高感度冷却 2/3 型 CCD であること。

3-2　有効画素数 150 万画素以上、最大記録画素数は 1250 万画素以上であること。

3-3　カメラレンズ取付口は C マウント式であること。

3-4　画像の色再現上、AdobeRGB（Co-site サンプリング）に対応していること。

3-5　ライブ画像速度は最速 50 フレーム／秒以上であること。

3-6　動画撮影機能、タイムラプス、計測･粒子解析機能、画像重ね・つなぎ合わせ機能を有するソフトウェアを搭載していること。

3-7　コントローラー（PC）の OS は Windows XP Professional 以上またはこれと同等品で、2GB 以上のメモリを装備していること。

3-8　レポート機能は Microsoft Word に対応していること。

４．水中カメラシステム

4-1　画素数は 130 万画素以上であること。

4-2　LED 照明が搭載され、照度が 4LX 以上あること。

4-3　水平画角は約 45 度の広角で、フォーカスは約 10ｃｍ～∞（水中）の位置で可能であること。

4-4　制御装置（PC）はノート型で、OS は Windows XP Professional 以上またはこれと

同等品であること。

（４）納入場所　　三重県度会郡玉城町昼田 224-１
独立行政法人水産総合研究センター増養殖研究所　玉城庁舎

（５）納入期限　　平成２３年　８月３１日

（６）そ の 他　１）当該装置の搬入・据付・調整等については納入業者が負担して行うこと。
２）納入・調整後は試運転を行い、正常に作動することを確認するとともに、使用者への機器の操作方法について説明を行うこと。
３）当該装置の取扱説明書の和文を１部添付すること。
４）納入後１年以内に、消耗品を除く製造元の不備による故障に対しては無償にて復旧すること。
５）その他、詳細については担当職員の指示に従い、完全に行うものとする。